



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria 24 - 00057 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALE DI RIFERIMENTO
CAMPIONE DI LATTE BOVINO IN POLVERE- CONTENUTO IN PROTEINE TOTALI**

LOTTO MRKJ020512

PROTEINE g/100g	± U g/100g	IC	OSS	OMOG g/100g
35,70	0,34	0,06	36	0,17

Il valore del materiale di riferimento è stato ottenuto attraverso l'elaborazione statistica delle analisi eseguite, nel Laboratorio Standard Latte, in condizioni di riproducibilità con il metodo normato ISO 8968-2/DF 20-2

U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto, p 95% $k=2$

IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

OSS= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

OMOG= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Priciency Testing by Interlaboratory Comparisons attraverso la determinazione delle proteine sul 10 % dei campioni prodotti.

Descrizione del campione: campione di latte bovino sgrassato in polvere contenuto in provette da 10 ml di vetro scuro con tappo di gomma e ghiera a strappo con etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto e la data di scadenza.

Istruzioni per la conservazione e l'utilizzazione : giunto in laboratorio, il campione deve essere posto e mantenuto in frigorifero alla temperatura di $4^{\circ}\text{C} \pm 2$ fino al momento dell'uso.

Dopo aver aperto la provetta, il campione deve essere immediatamente utilizzato. Si raccomanda di pesare una quantità $\geq 0,6$ g. Il campione deve essere analizzato come un normale campione di latte.

Sicurezza: il latte non è destinato all'alimentazione umana.

Data di produzione : Maggio 2012

Data di scadenza : Maggio 2015

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
DOTT.SSA ANNUNZIATA FONTANA

SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2008 DA CSQA	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI LABORATORIO STANDARD LATTE	G16-M04 EDIZ. 04 REV. 01 DATA 31/12/2011
---	--	---