



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria 24 - 00057 Maccarese (Roma)  
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALE DI RIFERIMENTO  
CAMPIONE DI LATTE BOVINO IN POLVERE- CONTENUTO IN PROTEINE TOTALI**

LOTTO MRKJ120515

PROTEINE g/100g	$\pm U$ g/100g	IC	OSS	OMOG g/100g
35,28	0,24	0,06	28	0,12

**Il valore del materiale di riferimento è stato ottenuto attraverso l'elaborazione statistica delle analisi eseguite, nel Laboratorio Standard Latte, in condizioni di riproducibilità con il Metodo normato ISO 8968-1:2014/IDF 20-1:2014**

**U =** Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto,  $p$  95%  $k=2$

**IC=** intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

**OSS=** numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

**OMOG=** Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Priciency Testing by Interlaboratory Comparisons attraverso la determinazione delle proteine sul 10 % dei campioni prodotti.

**Descrizione del campione:** campione di latte bovino sgrassato in polvere contenuto in provette da 10 ml di vetro scuro con tappo di gomma e ghiera a strappo con etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto e la data di scadenza.

**Istruzioni per la conservazione e l'utilizzazione :** giunto in laboratorio, il campione deve essere posto e mantenuto in frigorifero alla temperatura di  $4^{\circ}\text{C} \pm 2$  fino al momento dell'uso.  
Dopo aver aperto la provetta, il campione deve essere immediatamente utilizzato. Si raccomanda di pesare una quantità  $\geq 0,6$  g. Il campione deve essere analizzato come un normale campione di latte.

**Sicurezza:** il latte non è destinato all'alimentazione umana.

**Data di produzione :** Maggio 2015

**Data di scadenza :** Maggio 2018

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
DOTT.SSA ANNUNZIATA FONTANA

SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2008 DA CSQA	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI LABORATORIO STANDARD LATTE	G16-M04 EDIZ. 04 REV. 01 DATA 31/12/2011
---	--	---