



CAMPIONE DI FARINA DI MAIS - CONTENUTO DI AFLATOSSINA B1

LOTTO MRB1 290915

Scadenza 28/09/16

n°	AFLATOSSINA B1 µg/kg	± U ¹	IC ²	oss ³
A	9,78	0,7	0,37	18
B	19,50	1,6	0,81	19
C	39,80	3,5	1,73	18
D	<lim rilevabilità	--	--	--

L'omogeneità è stata valutata considerando la varianza delle pesate dell'inoculo della soluzione contaminante

¹U = Si assume come incertezza estesa del valore assegnato il valore dell'intervallo di confidenza $p = 95\%$ $k = 2$.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione (numero degli strumenti utili moltiplicato per le due ripetizioni).

Campione da 25g ± 0,1g di farina di mais in bustine di plastica sotto vuoto e sigillate con un'etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto di produzione, la data di scadenza e i codici identificativi.

Effettuare l'estrazione del campione secondo la metodica in uso nel laboratorio, **utilizzando tutto il campione.**

Conservazione: conservare i campioni al buio a 4°C ± 2°C.

Sicurezza: la farina di mais non è destinata all'alimentazione umana

Maccarese, 17/11/2015

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana