



A.I.A.

**Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte**

Via dell'Industria 24- 00057 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 – Fax 066678811 – email Isl@aia.it

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO CRIOSCOPIA (m°C)

LOTTO MRCR 030516

CRIOSCOPIA (m°C)							
Campione	Lotto	Val. Ass.	Oss	IC	Omog	±U	Scadenza
1/6 Sol. (Oro)	MRCR030516	-412	15	0,3	0,00	0,5	30/11/2016
2/6 Sol. (Silver)	MRCR030516	-514	15	0,7	0,33	1,4	30/11/2016
3/6 Sol. (Verde)	MRCR030516	-604	16	0,5	0,00	1,0	30/11/2016
4/6 Latte	MRCR030516	-517	15	0,7	0,00	1,5	30/11/2016
5/6 Latte	MRCR030516	-528	15	0,7	0,00	1,4	30/11/2016
6/6 Latte	MRCR030516	-545	15	0,7	0,00	1,4	30/11/2016

Legenda:

- ¹Oss = Numero delle osservazioni valide considerate nell'elaborazione statistica.
²IC = Intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate.
³Omog = Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del punto crioscopico con metodo ISO 5794:2009 IDF 108:2009 sul 10 % dei campioni prodotti.
⁴±U = Si assume come incertezza estesa del valore assegnato il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2.

Maccarese, 21/06/2016

Il responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annunziata Fontana