



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

LABORATORIO STANDARD LATTE

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)

Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

G16-M01

EDIZ. 04 REV. 01

DATA 31/12/2013

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO

LATTE DI PECORA CRUDO

LOTTO MRP250619

Scadenza 04/07/2019

n°	Grasso g/100g	¹ ± U g/100g	Proteine g/100g	¹ ± U g/100g	Lattosio g/100g	¹ ± U g/100g	Caseine g/100g	¹ ± U g/100g	Urea mg/dl	¹ ± U mg/dl	⁴ Omog g/100g
1/9	7,98	0,03	4,25	0,03	5,50	0,03	3,33	0,03			0,0129
		² IC= 0,016		² IC= 0,017		² IC= 0,013		² IC= 0,007			
		³ Oss= 11		³ Oss= 10		³ Oss= 10		³ Oss= 5			
2/9	7,69	0,04	4,49	0,03	5,42	0,02	3,53	0,05			0,0120
		² IC= 0,018		² IC= 0,016		² IC= 0,011		² IC= 0,023			
		³ Oss= 11		³ Oss= 10		³ Oss= 10		³ Oss= 6			
3/9	7,39	0,03	4,74	0,03	5,33	0,02	3,69	0,04			0,0070
		² IC= 0,016		² IC= 0,015		² IC= 0,009		² IC= 0,019			
		³ Oss= 12		³ Oss= 10		³ Oss= 10		³ Oss= 6			
4/9	6,82	0,03	5,19	0,03	5,15	0,02	4,01	0,03			0,0099
		² IC= 0,016		² IC= 0,014		² IC= 0,007		² IC= 0,015			
		³ Oss= 12		³ Oss= 10		³ Oss= 10		³ Oss= 7			
5/9	6,51	0,03	5,42	0,03	5,06	0,02	4,17	0,02	40,81	0,02	0,0113
		² IC= 0,016		² IC= 0,013		² IC= 0,008		² IC= 0,012		² IC= 0,000	
		³ Oss= 12		³ Oss= 10		³ Oss= 10		³ Oss= 7		³ Oss= 4	
6/9	6,22	0,03	5,65	0,02	4,97	0,02	4,32	0,02			0,0042
		² IC= 0,016		² IC= 0,011		² IC= 0,008		² IC= 0,011			
		³ Oss= 12		³ Oss= 10		³ Oss= 10		³ Oss= 7			
7/9	5,94	0,03	5,87	0,02	4,88	0,02	4,49	0,02			0,0118
		² IC= 0,017		² IC= 0,010		² IC= 0,007		² IC= 0,012			
		³ Oss= 11		³ Oss= 10		³ Oss= 10		³ Oss= 7			
8/9	5,67	0,03	6,10	0,03	4,79	0,01	4,63	0,03			0,0067
		² IC= 0,016		² IC= 0,013		² IC= 0,007		² IC= 0,015			
		³ Oss= 12		³ Oss= 10		³ Oss= 10		³ Oss= 7			
9/9	5,08	0,03	6,56	0,03	4,62	0,02	4,97	0,03			0,0065
		² IC= 0,016		² IC= 0,014		² IC= 0,011		² IC= 0,016			
		³ Oss= 12		³ Oss= 10		³ Oss= 11		³ Oss= 6			
⁵ ± U media g/100g		0,03		0,03		0,02		0,03			

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

⁴Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 1211/IDF 1D, le proteine ISO 8968 -2/IDF 20-2, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

⁵U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto MRP250619

Maccarese, 27/06/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana