



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

LABORATORIO STANDARD LATTE

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)

Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

G16-M01

EDIZ. 04 REV. 01

DATA 31/12/2013

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO

LATTE DI VACCA CRUDO

LOTTO MRV040619

Scadenza 13/06/2019

n°	Grasso g/100g	¹ ± U g/100g	Proteine g/100g	¹ ± U g/100g	Lattosio g/100g	¹ ± U g/100g	Caseine g/100g	¹ ± U g/100g	Urea mg/dl	¹ ± U mg/dl	⁴ Omog g/100g
1/10	1,88	0,01	3,84	0,01	5,26	0,01	3,07	0,01			0,0029
		² C= 0,004		² C= 0,004		² C= 0,007		² C= 0,005			
		³ Oss = 26		³ Oss = 23		³ Oss = 24		³ Oss = 20			
2/10	2,21	0,02	3,73	0,02	5,18	0,02	2,97	0,02			0,0083
		² C= 0,005		² C= 0,004		² C= 0,006		² C= 0,005			
		³ Oss = 27		³ Oss = 23		³ Oss = 24		³ Oss = 20			
3/10	2,55	0,01	3,61	0,01	5,09	0,01	2,87	0,01			0,0058
		² C= 0,004		² C= 0,004		² C= 0,006		² C= 0,005			
		³ Oss = 26		³ Oss = 24		³ Oss = 24		³ Oss = 20			
4/10	3,19	0,01	3,40	0,01	4,93	0,01	2,67	0,01			0,0037
		² C= 0,004		² C= 0,003		² C= 0,006		² C= 0,005			
		³ Oss = 26		³ Oss = 23		³ Oss = 24		³ Oss = 21			
5/10	3,52	0,01	3,29	0,01	4,85	0,01	2,57	0,01	25,73	0,17	0,0059
		² C= 0,005		² C= 0,004		² C= 0,006		² C= 0,005		² C= 0,084	
		³ Oss = 26		³ Oss = 24		³ Oss = 24		³ Oss = 21		³ Oss = 4	
6/10	3,84	0,01	3,18	0,01	4,77	0,01	2,47	0,01			0,0017
		² C= 0,005		² C= 0,003		² C= 0,006		² C= 0,005			
		³ Oss = 25		³ Oss = 23		³ Oss = 24		³ Oss = 21			
7/10	4,17	0,01	3,07	0,01	4,69	0,01	2,37	0,01			0,0039
		² C= 0,005		² C= 0,004		² C= 0,007		² C= 0,005			
		³ Oss = 25		³ Oss = 24		³ Oss = 24		³ Oss = 21			
8/10	4,49	0,02	2,96	0,02	4,60	0,02	2,27	0,02			0,0096
		² C= 0,007		² C= 0,003		² C= 0,006		² C= 0,004			
		³ Oss = 27		³ Oss = 22		³ Oss = 24		³ Oss = 20			
9/10	4,82	0,02	2,85	0,02	4,52	0,02	2,17	0,02			0,0092
		² C= 0,007		² C= 0,002		² C= 0,006		² C= 0,005			
		³ Oss = 25		³ Oss = 20		³ Oss = 24		³ Oss = 20			
10/10	5,15	0,01	2,74	0,01	4,44	0,01	2,07	0,01			0,0031
		² C= 0,007		² C= 0,004		² C= 0,007		² C= 0,005			
		³ Oss = 26		³ Oss = 23		³ Oss = 24		³ Oss = 20			
⁵ ± U media g/100g		0,01		0,01		0,01		0,01			

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²C= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

⁴Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 1211/IDF 1D, le proteine ISO 8968 -2/IDF 20-2, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

⁵U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto

MRV040619

Maccarese, 06/06/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana