



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

G16-M01
EDIZ. 04 REV. 01
DATA 31/12/2013

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE DI CAPRA CRUDO**

LOTTO MRC150322

Scadenza 24/03/2022

n°	Grasso g/100g	¹ ± U g/100g	⁶ Proteine g/100g	¹ ± U g/100g	⁷ Lattosio g/100g	¹ ± U g/100g	Urea mg/dl	¹ ± U mg/dl	⁴ Omog g/100g
1/9	5,32	0,02	2,76	0,01	5,47	0,03			0,0013
		² IC= 0,012		² IC= 0,006		² IC= 0,014			
		³ Oss = 17		³ Oss = 19		³ Oss = 19			
2/9	5,04	0,02	2,87	0,01	5,35	0,02			0,0067
		² IC= 0,011		² IC= 0,006		² IC= 0,010			
		³ Oss = 16		³ Oss = 19		³ Oss = 19			
3/9	4,76	0,02	2,99	0,02	5,23	0,02			0,0085
		² IC= 0,008		² IC= 0,006		² IC= 0,009			
		³ Oss = 17		³ Oss = 20		³ Oss = 19			
4/9	4,20	0,02	3,22	0,02	5,00	0,02			0,0080
		² IC= 0,011		² IC= 0,006		² IC= 0,009			
		³ Oss = 18		³ Oss = 19		³ Oss = 18			
5/9	3,93	0,02	3,34	0,02	4,88	0,02	30,11	0,10	0,0079
		² IC= 0,008		² IC= 0,007		² IC= 0,009		² IC= 0,051	
		³ Oss = 19		³ Oss = 20		³ Oss = 19		³ Oss = 4	
6/9	3,65	0,02	3,45	0,02	4,77	0,02			0,0080
		² IC= 0,008		² IC= 0,008		² IC= 0,009			
		³ Oss = 19		³ Oss = 18		³ Oss = 19			
7/9	3,37	0,02	3,57	0,02	4,65	0,02			0,0081
		² IC= 0,007		² IC= 0,007		² IC= 0,007			
		³ Oss = 19		³ Oss = 20		³ Oss = 18			
8/9	3,10	0,01	3,68	0,02	4,53	0,02			0,0041
		² IC= 0,007		² IC= 0,008		² IC= 0,008			
		³ Oss = 19		³ Oss = 20		³ Oss = 18			
9/9	2,54	0,01	3,92	0,02	4,30	0,02			0,0015
		² IC= 0,006		² IC= 0,009		² IC= 0,008			
		³ Oss = 20		³ Oss = 19		³ Oss = 18			
⁵ ± U media g/100g		0,02		0,02		0,02			

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

⁴Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 1211/IDF 1D, le proteine ISO 8968 -2/IDF 20-2, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

⁵U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto MRC150322

⁶Proteine = proteine crude ⁷Lattosio = Lattosio anidro

Maccarese, 17/03/2022

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana