



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria SNC - 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE BOVINO
II° TRIMESTRE 2022
LATTE TRATTATO AD ALTA TEMPERATURA
Utilizzare pref. entro il 12/08/2022**

Campione	Lotto	CCS (*1000/ml)	sR	n	± U
A102	MRCCS130422	175	14	29	5
B102	MRCCS130422	364	18	28	7
C102	MRCCS130422	546	38	29	14
D102	MRCCS130422	743	62	29	23
E102	MRCCS130422	922	79	29	29
F102	PCCSA130422	1.120	68	29	25
P102	PCCSB130422	380	17	27	7

Campioni confezionati in provette di vetro da 24 ml con tappo nero

U =incertezza estesa del valore assegnato con k=2 p=95%. L'incertezza di misura viene calcolata secondo la formula $u(x)=sR/\sqrt{n}$ (ISO GUIDE 35:2017)

sR= scarto tipo di riproducibilità

n= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

L'omogeneità del lotto è stata verificata, con esito positivo, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione delle cellule somatiche metodo ISO 13366-2 IDF 148-2 .

Il Materiale di riferimento lotto MRCCS130422 è metrologicamente riferibile ai campioni dell' European

Maccarese, 28/04/2022

Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Annunziata Fontana