



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE

Via Dell'Industria SNC - 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE BOVINO
III° TRIMESTRE 2022
LATTE CONGELATO
Utilizzare pref. entro il 12/01/2023

Campione	Lotto	CCS (*1000/ml)	sR	n	± U
A103	MRCCSC130722	134	10	11	6
B103	MRCCSC130722	281	43	13	24
C103	MRCCSC130722	462	34	13	19
D103	MRCCSC130722	625	59	13	33
E103	MRCCSC130722	804	50	13	27
F103	PCCSCA130722	1.000	74	13	41

Latte congelato in provette di plastica da 24 ml

U =incertezza estesa del valore assegnato con k=2 p=95%. L'incertezza di misura viene calcolata secondo la formula $u(x)=sR/\sqrt{n}$ (ISO GUIDE 35:2017)

sR= scarto tipo di riproducibilità

n= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

L'omogeneità del lotto è stata verificata, con esito positivo, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione delle cellule somatiche metodo ISO 13366-2 IDF 148-2 con esito positivo.

Il Materiale di riferimento lotto MRCCSC130722 è metrologicamente riferibile ai campioni dell' European Reference Materials ERM-BD001a, ERM-BD001b.

Maccarese, 28/07/2022

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana