



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

LABORATORIO STANDARD LATTE

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

G16-M01
EDIZ. 04 REV. 01
DATA 31/12/2013

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE DI CAPRA CRUDO**

LOTTO **MRC140223** Scadenza **23/02/2023**

n°	Grasso g/100g	¹ ± U g/100g	⁶ Proteine g/100g	¹ ± U g/100g	⁷ Lattosio g/100g	¹ ± U g/100g	Caseine g/100g	¹ ± U g/100g	Urea mg/dl	¹ ± U mg/dl	⁴ Omog g/100g
1/9	5,39	0,02	2,72	0,01	5,33	0,01	2,14	0,02			0,0032
		² IC= 0,010		² IC= 0,006		² IC= 0,008					
		³ Oss= 17		³ Oss= 17		³ Oss= 7					
2/9	5,09	0,02	2,86	0,02	5,25	0,02	2,25	0,02			0,0079
		² IC= 0,009		² IC= 0,006		² IC= 0,008					
		³ Oss= 16		³ Oss= 16		³ Oss= 6					
3/9	4,78	0,02	3,00	0,01	5,17	0,01	2,35	0,02			0,0058
		² IC= 0,008		² IC= 0,007		² IC= 0,008					
		³ Oss= 17		³ Oss= 17		³ Oss= 7					
4/9	4,18	0,02	3,28	0,01	5,02	0,01	2,56	0,01			0,0075
		² IC= 0,008		² IC= 0,007		² IC= 0,006					
		³ Oss= 16		³ Oss= 16		³ Oss= 6					
5/9	3,88	0,01	3,43	0,02	4,94	0,01	2,66	0,02	27,05	1,07	0,0047
		² IC= 0,006		² IC= 0,008		² IC= 0,008					
		³ Oss= 17		³ Oss= 17		³ Oss= 7					
6/9	3,58	0,01	3,56	0,02	4,86	0,01	2,76	0,01			0,0041
		² IC= 0,006		² IC= 0,008		² IC= 0,007					
		³ Oss= 16		³ Oss= 16		³ Oss= 5					
7/9	3,28	0,01	3,71	0,01	4,79	0,01	2,87	0,01			0,0040
		² IC= 0,006		² IC= 0,007		² IC= 0,006					
		³ Oss= 17		³ Oss= 16		³ Oss= 6					
8/9	2,98	0,01	3,85	0,02	4,71	0,01	2,97	0,01			0,0047
		² IC= 0,005		² IC= 0,008		² IC= 0,006					
		³ Oss= 15		³ Oss= 14		³ Oss= 6					
9/9	2,38	0,02	4,13	0,02	4,56	0,02	3,17	0,02			0,0077
		² IC= 0,007		² IC= 0,008		² IC= 0,010					
		³ Oss= 16		³ Oss= 16		³ Oss= 7					
⁵ ± U media g/100g		0,01		0,01		0,01		0,02			

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

⁴Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 1211/IDF 1D, le proteine ISO 8968 -1/IDF 20-1, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

⁵U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto

MRC140223

⁶Proteine = proteine crude ⁷Lattosio = Lattosio anidro

Maccarese, 16/02/2023

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana



Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standard Latte

Via dell'Industria, snc – 00054 Maccarese-Roma
Tel. 06 6678830 Fax. 06 6678811 e-mail lsl@aia.it

LATTE DI CAPRA lotto MRC 140223

LE PROVETTE HANNO IL TAPPO DI COLORE:

- N° 1/9 – CELESTE**
- N° 2/9 – ORO**
- N° 3/9 – MARRONE**
- N° 4/9 – BLU**
- N° 5/9 – GIALLO**
- N° 6/9 – ARANCIONE**
- N° 7/9 – BIANCO**
- N° 8/9 – GRIGIO**
- N° 9/9 – NERO**

I CAMPIONI SONO ADDIZIONATI DI BRONOPOL TECNICO ALLO 0.02% E SODIO AZIDE ALLO 0.02% COME CONSERVANTI E DEVONO ESSERE CONSERVATI A 4°C (+/-2°C) FINO AL MOMENTO DELLE ANALISI.

QUALORA VI VENISSE INVIATA LA SERIE SUPPLETIVA GRATUITA, DOVRESTE PROCEDERE ALLA DETERMINAZIONE IN DUPLICE DEI CONTENUTI IN GRASSO, PROTEINE, LATTOSIO ED INVIARE I RISULTATI PER E-MAIL ALL'INDIRIZZO mr.lsl@aia.it

ENTRO LE ORE 12:00 DI GIOVEDI' 16/02/23

IL CERTIFICATO DEI MATERIALI DI RIFERIMENTO SARA' DISPONIBILE SUL SITO http://www.aia.it/lsl/comunicazioni_laboratorio_standard_latte.htm ENTRO LE ORE 15:00 DI GIOVEDI' 16/02/23

Maccarese, 14/02/23