



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria SNC - 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE VACCINO CONGELATO
IV° TRIMESTRE 2023
Utilizzare pref. entro il 10/04/2024**

Campione	Lotto	CCS (*1000/ml)	sR	n	± U
A104	MRCCSC111023	185	12	14	6
B104	MRCCSC111023	381	20	14	11
C104	MRCCSC111023	579	23	14	13
D104	MRCCSC111023	796	36	14	19
E104	MRCCSC111023	976	26	14	14
F104	PCCSCA111023	1.201	61	14	33

Campioni confezionati in provette di vetro da 24 ml

U =incertezza estesa del valore assegnato con k=2 p=95%. L'incertezza di misura viene calcolata secondo la formula $u(x)=sR/\sqrt{n}$ (ISO GUIDE 35:2017)

sR= scarto tipo di riproducibilità

n= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

L'omogeneità del lotto è stata verificata, con esito positivo, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons,

Il Materiale di riferimento lotto MRCCSC111023, PCCSCA111023 è metrologicamente riferibile ai campioni dell' European Reference Materials ERM-BD001a, ERM-BD001b.

Maccarese, 27/10/2023

Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Annunziata Fontana