



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria SNC - 00054 Maccarese (Roma)  
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO  
LATTE VACCINO CONGELATO  
II° TRIMESTRE 2024  
Utilizzare pref. entro il 16/10/2024**

Campione	Lotto	CCS (*1000/ml)	sR	n	± U
<b>A101</b>	MRCCSC170424	171	10	15	5
<b>B101</b>	MRCCSC170424	351	13	14	7
<b>B201</b>	PCCSCB170424	351	13	14	7
<b>C101</b>	MRCCSC170424	567	14	15	7
<b>D101</b>	MRCCSC170424	760	22	14	12
<b>E101</b>	MRCCSC170424	973	18	14	10
<b>F101</b>	PCCSCA170424	1.149	51	14	27

Campioni confezionati in provette di vetro da 24 ml

U =incertezza estesa del valore assegnato con k=2 p=95%. L'incertezza di misura viene calcolata secondo la formula  $u(x)=sR/\sqrt{n}$  (ISO GUIDE 35:2017)

sR= scarto tipo di riproducibilità

n= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

L'omogeneità del lotto è stata verificata, con esito positivo, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons,

**Il Materiale di riferimento lotto MRCCSC170424, PCCSCA170424, PCCSCB170424 è metrologicamente riferibile ai campioni dell' European Reference Materials ERM-BD001a, ERM-BD001b.**

Maccarese, 03/05/2024

Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Annunziata Fontana