



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria SNC - 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE BOVINO
I° TRIMESTRE 2024
LATTE TRATTATO AD ALTA TEMPERATURA
Utilizzare pref. entro il 16/05/2024**

Campione	Lotto	CCS (*1000/ml)	sR	n	± U
A101	MRCCS170124	179	8	13	4
B101	MRCCS170124	365	18	14	10
C101	MRCCS170124	563	21	14	11
D101	MRCCS170124	746	15	13	8
E101	MRCCS170124	940	20	13	11
F101	PCCSA170124	1.141	29	14	15
P101	PCCSB170124	323	15	13	8

Campioni confezionati in provette di vetro da 24 ml

U =incertezza estesa del valore assegnato con k=2 p=95%. L'incertezza di misura viene calcolata secondo la formula $u(x)=sR/\sqrt{n}$ (ISO GUIDE 35:2017)

sR= scarto tipo di riproducibilità

n= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

L'omogeneità del lotto è stata verificata, con esito positivo, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione delle cellule somatiche metodo ISO 13366-2 IDF 148-2 .

Il Materiale di riferimento lotto MRCCS170124, PCCSA170124,PCCSB170124 è metrologicamente riferibile ai campioni dell' European Reference Materials ERM-BD001a, ERM-BD001b.

Maccarese, 31/01/2024

Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Annunziata Fontana