



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria SNC - 00054 Maccarese (Roma)  
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO  
LATTE VACCINO CONGELATO  
I° TRIMESTRE 2024  
Utilizzare pref. entro il 16/07/2024**

Campione	Lotto	CCS (*1000/ml)	sR	n	± U
<b>A101</b>	MRCCSC170124	143	11	14	6
<b>B101</b>	MRCCSC170124	365	30	14	16
<b>B201</b>	PCCSCB170124	348	17	13	9
<b>C101</b>	MRCCSC170124	554	52	14	28
<b>D101</b>	MRCCSC170124	791	56	14	30
<b>E101</b>	MRCCSC170124	1.008	69	14	37
<b>F101</b>	PCCSCA170124	1.276	93	14	50

Campioni confezionati in provette di vetro da 24 ml

U =incertezza estesa del valore assegnato con k=2 p=95%. L'incertezza di misura viene calcolata secondo la formula  $u(x)=sR/\sqrt{n}$  (ISO GUIDE 35:2017)

sR= scarto tipo di riproducibilità

n= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

L'omogeneità del lotto è stata verificata, con esito positivo, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons,

**Il Materiale di riferimento lotto MRCCSC170124, PCCSCA170124, PCCSCB170124 è metrologicamente riferibile ai campioni dell' European Reference Materials ERM-BD001a, ERM-BD001b.**

Maccarese, 02/02/2024

Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Annunziata Fontana