



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria 24 - 00057 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

G16-M11
EDIZ.04 REV. 01
DATA 31/12/2013

CAMPIONE DI FARINA DI MAIS - CONTENUTO DI AFLATOSSINA B1

LOTTO MRB1 220316

Scadenza 21/03/17

n°	AFLATOSSINA B1 µg/kg	± U ¹	IC ²	oss ³
A	<lim rilevabilità	--	--	--
B	10,3	0,9	0,44	24
C	20,0	1,9	0,95	22
D	39,5	3,0	1,49	20

L'omogeneità è stata valutata considerando la varianza delle pesate dell'inoculo della soluzione contaminante

¹U = Si assume come incertezza estesa del valore assegnato il valore dell'intervallo di confidenza p = 95% k = 2.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

Campione da 25g ± 0,1g di farina di mais in bustine di plastica sotto vuoto e sigillate con un'etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto di produzione, la data di scadenza e i codici identificativi.

Effettuare l'estrazione del campione secondo la metodica in uso nel laboratorio, **utilizzando tutto il campione.**

Conservazione: conservare i campioni al buio a 4°C ± 2°C.

Sicurezza: la farina di mais non è destinata all'alimentazione umana

Maccarese, 24/05/2016

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana