



CAMPIONE DI FARINA DI MAIS - CONTENUTO DI AFLATOSSINA B1

LOTTO RTB1 270318

Scadenza 26/03/19

n°	AFLATOSSINA B1 µg/kg	± U ¹	IC ²	oss ³
A	<lim.rilevabilità	--	--	--
B	7,2	0,7	0,34	20
C	11,7	1,0	0,51	23
D	22,3	2,2	1,11	22

L'omogeneità è stata valutata considerando la varianza delle pesate dell'inoculo della soluzione contaminante

¹U = Si assume come incertezza estesa del valore assegnato il valore dell'intervallo di confidenza p = 95% k = 2.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

Campione da 25g ± 0,1g di farina di mais in bustine di plastica sotto vuoto e sigillate con un'etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto di produzione, la data di scadenza e i codici identificativi.

Effettuare l'estrazione del campione secondo la metodica in uso nel laboratorio, **utilizzando tutto il campione.**

Conservazione: conservare i campioni al buio a 4°C ± 2°C.

Sicurezza: la farina di mais non è destinata all'alimentazione umana

Maccarese, 04/05/2018

Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Annunziata Fontana