



**Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte**

Via dell'Industria 24- 00057 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 – Fax 066678811 – email lsl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
CARICA BATTERICA TOTALE**

CAMPIONE	LOTTO	IMPULSI IBC/ml	OSS ¹	± U ² IBC/ml	IC ³ IBC/ml	Omog ⁴ IBC/ml	SCADENZA
A 2	MRCBT 190417	189.000	20	38.000	9.100	19.190	18/04/2018
B 2	MRCBT 190417	476.000	44	19.000	9.327	0	18/04/2018
C 2	MRCBT 190417	2.182.000	47	145.000	72.615	70.480	18/04/2018
D 2	MRCBT 190417	5.312.000	46	418.000	208.876	23.000	18/04/2018
P 2	MRCBTP 190417	476.000	44	19.000	9.327	0	18/04/2018

Legenda:

¹OSS = Numero delle osservazioni valide considerate nell'elaborazione statistica.

²U = Si assume come incertezza estesa del valore assegnato il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2.

³IC = Intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate.

⁴Omog = Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione degli impulsi con metodo IDF 169 in 10 campioni pari a circa il 10% dei campioni prodotti.

Maccarese, 04/07/2017

Il responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annunziata Fontana