



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE BOVINO
IV° TRIMESTRE 2018
LATTE CONGELATO**

Utilizzare pref. entro il 09/04/2019

Campione	Lotto	Contenuto	$1 \pm U$	
		Cell/ml	Cell/ml	
A104	MRCCSC101018	158.000	4.000	
			² IC=	2.059
			³ Obs =	18
B104	MRCCSC101018	329.000	6.000	
			² IC=	3.079
			³ Obs =	19
C104	MRCCSC101018	444.000	10.000	
			² IC=	5.230
			³ Obs =	21
D104	MRCCSC101018	655.000	10.000	
			² IC=	4.877
			³ Obs =	21
E104	MRCCSC101018	845.000	13.000	
			² IC=	6.726
			³ Obs =	21
F104	PCCSCA101018	1.032.000	17.000	
			² IC=	8.551
			³ Obs =	21

Campioni confezionati in provette di plastica da 50 ml

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione (numero degli strumenti utili)

L'omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione delle cellule somatiche metodo ISO 13366-2 IDF 148-2.

Maccarese, 23/10/2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana