



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria snc - 00057 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE BOVINO
III° TRIMESTRE 2018
LATTE CONGELATO**

Utilizzare pref. entro il 10/01/2019

Campione	Lotto	Contenuto	$1 \pm U$	
		Cell/ml	Cell/ml	
A103	MRCCSC110718	137.000	4.000	
			² IC=	1.780
			³ Obs =	16
B103	MRCCSC110718	333.000	7.000	
			² IC=	3.528
			³ Obs =	16
C103	MRCCSC110718	524.000	10.000	
			² IC=	5.035
			³ Obs =	15
D103	MRCCSC110718	734.000	10.000	
			² IC=	4.852
			³ Obs =	15
E103	MRCCSC110718	929.000	18.000	
			² IC=	8.933
			³ Obs =	16
F103	PCCSCA110718	1.107.000	26.000	
			² IC=	13.217
			³ Obs =	16

Campioni confezionati in provette di plastica da 50 ml

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione (numero degli strumenti utili)

L'omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione delle cellule somatiche metodo ISO 13366-2 IDF 148-2.

Maccarese, 20/07/2018

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana