



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE BOVINO
III° TRIMESTRE 2019
LATTE CONGELATO**

Utilizzare pref. entro il 15/01/2020

Campione	Lotto	Contenuto	$1 \pm U$	
		Cell/ml	Cell/ml	
A103	MRCCSC160719	151.000	11.000	
			² IC=	5.653
			³ Oss =	14
B103	MRCCSC160719	289.000	9.000	
			² IC=	4.724
			³ Oss =	13
C103	MRCCSC160719	442.000	10.000	
			² IC=	4.942
			³ Oss =	14
D103	MRCCSC160719	593.000	12.000	
			² IC=	5.893
			³ Oss =	13
E103	MRCCSC160719	785.000	19.000	
			² IC=	9.302
			³ Oss =	14
F103	PCCSCA160719	1.065.000	24.000	
			² IC=	12.093
			³ Oss =	13

Campioni confezionati in provette di plastica da 50 ml

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione (numero degli strumenti utili)

L'omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione delle cellule somatiche metodo ISO 13366-2 IDF 148-2.

Maccarese, 26/07/2019

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana