ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE
Via Dell'Industria 24 - 00057 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO
LATTE BOVINO
I° TRIMESTRE 2017
LATTE CONGELATO
Utilizzare pref. entro il 17/07/2017

Campione	Lotto	Contenuto	[1]± U		[4]Omog
		Cell/ml	Cell/ml		Cell/ml
A101	MRCCSC180117	117.000	**4.000**		1.132
			[2]IC=	1.801	
			[3]Obs =	24	
B101	MRCCSC180117	287.000	**9.000**		4.583
			[2]IC=	3.233	
			[3]Obs =	25	
C101	MRCCSC180117	457.000	**11.000**		0
			[2]IC=	5.494	
			[3]Obs =	25	
D101	MRCCSC180117	628.000	**16.000**		7.875
			[2]IC=	5.856	
			[3]Obs =	24	
E101	MRCCSC180117	797.000	**27.000**		13.617
			[2]IC=	8.652	
			[3]Obs =	25	
F101	PCCSCA180117	967.000	**18.000**		5.867
			[2]IC=	9.099	
			[3]Obs =	24	

Campioni confezionati in provette di plastica da 50 ml

[1]U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

[2]IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

[3]Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione (numero degli strumenti utili)

[4]Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione delle cellule somatiche metodo ISO 13366-2 IDF 148-2 sul 10 % dei campioni prodotti

Maccarese, 03/02/2017

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana