



Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte

Via dell'Industria 24- 00057 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 – Fax 066678811 – email isl@aia.it

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO CRIOSCOPIA (m°C)

LOTTO MRCR 011215 Scadenza (30/11/2016)

Campione	LOTTO	Val. Ass.	Oss	IC	Omog	±U	SCADENZA
MRCRIO n. 1	MRCR 011215	-515.1	11	0.7	0.00	1.3	30/11/2016
MRCRIO n. 2	MRCR 011215	-525.4	10	0.7	0.52	1.5	30/11/2016
MRCRIO n. 3	MRCR 011215	-549.0	8	1.1	0.40	2.2	30/11/2016
MRCRIO n. 4	MRCR 011215	-542.0	12	1.1	0.41	2.3	30/11/2016
MRCRIO n. 5	MRCR 011215	-521.1	12	0.5	0.00	1.0	30/11/2016
SOL. n. 1	MRCR 011215	-515.0	12	0.4	0.57	1.1	30/11/2016
SOL. n. 2	MRCR 011215	-412.8	12	0.8	0.00	1.6	30/11/2016
SOL. n. 3	MRCR 011215	-606.1	10	0.4	0.08	0.7	30/11/2016

Legenda:

- ¹Oss = Numero delle osservazioni valide considerate nell'elaborazione statistica.
- ²IC = Intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate.
- ³Omog = Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del punto crioscopico con metodo ISO 5794:2009 IDF 108:2009 sul 10 % dei campioni prodotti.
- ⁴±U = Si assume come incertezza estesa del valore assegnato il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2.

Maccarese, 19/01/2016

Il responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annunziata Fontana