



Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte

Via dell'Industria snc- 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 – Fax 066678811 – email lsl@aia.it

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO CRIOSCOPIA (m°C)

CRIOSCOPIA (m°C)						
Campione	Lotto	Val. Ass.	Oss	IC	±U	Scadenza
CRIO 1	MRCR050520	-416	13	0,53	1,06	04/11/2020
CRIO 2	MRCR050520	-518	15	0,51	1,02	04/11/2020
CRIO 3	MRCR050520	-524	14	0,59	1,18	04/11/2020
CRIO 4	MRCR050520	-548	18	0,54	1,07	04/11/2020
CRIO 5	MRCR050520	-556	16	0,49	0,98	04/11/2020
CRIO 6	MRCR050520	-604	9	0,67	1,35	04/11/2020

Legenda:

Oss = Numero delle osservazioni valide considerate nell'elaborazione statistica.

IC = Intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate.

±U = Si assume come incertezza estesa del valore assegnato è il doppio dell'intervallo di confidenza del lotto p 95% k = 2.

L'omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 – Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del punto crioscopico con metodo ISO 5794:2009 IDF 108:2009 sul 10 % dei campioni prodotti.

Maccarese, 15/05/2020

Il responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annunziata Fontana