Tel. 066678830 – Fax 066678811 – email Isl@aia.it

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO CRIOSCOPIA (m°C)

CRIOSCOPIA (m°C)						
Campione	Lotto	Val. Ass.	Oss	IC	±U	Scadenza
CRIO 1	MRCR070519	-408	13	0,5	1,1	25/11/2019
CRIO 2	MRCR070519	-514	17	0,4	0,8	25/11/2019
CRIO 3	MRCR070519	-525	15	0,5	1,0	25/11/2019
CRIO 4	MRCR070519	-543	14	0,6	1,1	25/11/2019
CRIO 5	MRCR070519	-566	16	0,5	1,0	25/11/2019
CRIO 6	MRCR070519	-604	13	0,5	0,9	25/11/2019

Legenda:

Oss = Numero delle osservazioni valide considerate nell'elaborazione statistica.

IC = Intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate.

 $\pm U = Si$ assume come incertezza estesa del valore assegnato è il doppio dell'intervallo di confidenza del lotto p 95% k = 2.

L'omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 – Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del punto crioscopico con metodo ISO 5794:2009 IDF 108:2009 sul 10 % dei campioni prodotti.

Maccarese, 23/05/2019

Il responsabile del Laboratorio Dott.ssa Annunziata Fontana