



Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte

Via dell'Industria 24- 00057 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 – Fax 066678811 – email lsl@aia.it

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO CRIOSCOPIA (m°C)

CRIOSCOPIA (m°C)							
Campione	Lotto	Val. Ass.	Oss	IC	Omog	±U	Scadenza
CRIO 1	MRCR080518	-408	13	0,2	0,00	0,4	07/01/2019
CRIO 2	MRCR080518	-508	15	0,5	0,00	1,0	07/01/2019
CRIO 3	MRCR080518	-518	11	0,5	0,46	0,9	07/01/2019
CRIO 4	MRCR080518	-542	14	0,5	0,40	1,0	07/01/2019
CRIO 5	MRCR080518	-564	12	0,6	0,00	1,1	07/01/2019
CRIO 6	MRCR080518	-601	12	0,5	0,00	1,1	07/01/2019

Legenda:

¹Oss = Numero delle osservazioni valide considerate nell'elaborazione statistica.

²IC = Intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate.

³Omog = Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del punto crioscopico con metodo ISO 5794:2009 IDF 108:2009 sul 10 % dei campioni prodotti.

⁴±U = Si assume come incertezza estesa del valore assegnato il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2.

Maccarese, 19/06/2018

Il responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annunziata Fontana