



Associazione Italiana Allevatori
Laboratorio Standard Latte

Via dell'Industria snc- 00054 Maccarese (Roma)
Tel. 066678830 – Fax 066678811 – email lsl@aia.it

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO CRIOSCOPIA (m°C)

CRIOSCOPIA (m°C)						
Campione	Lotto	Val. Ass.	Oss	IC	±U	Scadenza
CRIO 1	MRCR121119	-418	17	0,37	0,74	18/05/2020
CRIO 2	MRCR121119	-518	19	0,63	1,26	18/05/2020
CRIO 3	MRCR121119	-528	19	0,60	1,19	18/05/2020
CRIO 4	MRCR121119	-543	15	0,35	0,69	18/05/2020
CRIO 5	MRCR121119	-566	18	0,40	0,80	18/05/2020
CRIO 6	MRCR121119	-604	19	0,57	1,14	18/05/2020

Legenda:

Oss = Numero delle osservazioni valide considerate nell'elaborazione statistica.

IC = Intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate.

±U = Si assume come incertezza estesa del valore assegnato è il doppio dell'intervallo di confidenza del lotto p 95% k = 2.

L'omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 – Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del punto crioscopico con metodo ISO 5794:2009 IDF 108:2009 sul 10 % dei campioni prodotti.

Maccarese, 25/11/2019

Il responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annunziata Fontana