



CAMPIONE DI LATTE BOVINO - CONTENUTO DI UREA

n°	lotto	scadenza	volume ml	urea mg/100ml	$\pm U^1$	IC ²	oss ³	omog ⁴
STD 0	MRU070317	06/09/17	3	0*				
STD 1	MRU070317	06/09/17	3	27,5	0,7	0,35	5	0,00
1	MRU070317	06/09/17	24	19,6	0,8	0,39	5	0,00
2	MRU070317	06/09/17	24	27,5	0,7	0,35	5	0,00
3	MRU070317	06/09/17	24	31,9	0,5	0,24	5	0,10
4	MRU070317	06/09/17	24	35,9	0,9	0,46	4	0,00
5	MRU070317	06/09/17	24	40,1	0,8	0,38	4	0,00
6	MRU070317	06/09/17	24	44,0	1,0	0,52	4	0,35
7	MRU070317	06/09/17	24	50,8	1,3	0,65	4	0,14
8	MRU070317	06/09/17	24	53,0	1,2	0,58	4	0,28
9	MRU040417	03/10/17	24	57,0	1,0	0,52	5	0,23
10	MRU040417	03/10/17	24	62,2	1,2	0,59	5	0,05

*Il valore dello standard 0 deve essere <30 mg/l (3 mg/dl) come riportato dalla norma ISO 14637:2004 (E) o IDF 195:2004(E) § 8.7

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

⁴Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione dell'urea con metodo ISO 14637 IDF195:2004 sul 10 % dei campioni

STD0 - STD1: campione da 3ml di latte sgrassato, trattato termicamente, in provette di vetro con tappo a vite ed etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto di produzione, la data di scadenza ed i codici identificativi.

1-10: campioni da 24ml di latte trattato termicamente in provette di vetro con tappo a vite ed etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto di produzione, la data di scadenza ed i codici identificativi.

Conservazione e utilizzo: Conservare a 4°C± 2°C. Una volta aperto il campione deve essere utilizzato in breve tempo

Sicurezza: i campioni non sono destinati all'alimentazione umana. Contengono Bronopol Tecnico 0,03% (p/v)

Maccarese, 06/04/17

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana