



CAMPIONE DI LATTE BOVINO - CONTENUTO DI UREA

LOTTO MRU 050618

Scadenza 04/12/18

n°	volume ml	urea mg/100ml	$\pm U^1$	IC^2	oss ³
STD 0	3	0*			
STD 1	3	29,0	0,3	0,13	16
1	24	22,3	0,3	0,15	16
2	24	29,0	0,3	0,13	16
3	24	33,1	0,3	0,13	16
4	24	35,7	0,3	0,15	16
5	24	43,7	0,2	0,11	14
6	24	48,2	0,3	0,17	13
7	24	52,1	0,3	0,16	13
8	24	56,1	0,3	0,15	14
9	24	58,7	0,7	0,33	15
10	24	63,8	0,3	0,15	13

*Il valore dello standard 0 deve essere <30 mg/l (3 mg/dl) come riportato dalla norma ISO 14637:2004 (E) o IDF 195:2004(E) § 8.7

L'omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione dell'urea con metodo ISO 14637 IDF195:2004

¹U = incertezza estesa del Materiale di Riferimento con P= 95% k = 2

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

STD0 - STD1: campione da 3ml di latte sgrassato, trattato termicamente, in provette di vetro con tappo a vite ed etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto di produzione, la data di scadenza ed i codici identificativi.

1-10: campioni da 24ml di latte trattato termicamente in provette di vetro con tappo a vite ed etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto di produzione, la data di scadenza ed i codici identificativi.

Conservazione e utilizzo: Conservare a 4°C± 2°C. Una volta aperto il campione deve essere utilizzato in breve tempo

Sicurezza: i campioni non sono destinati all'alimentazione umana. Contengono Bronopol Tecnico 0,03% (p/v)

Maccarese, 19/06/18

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana