



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

VIA DELL'INDUSTRIA, 24 - 00057 MACCARESE
TEL.06-6678830 FAX 06-6678811 e mail isl@aia.it

**MATERIALE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO
CAMPIONE DI LATTE BOVINO - CONTENUTO DI UREA
I TRIMESTRE ANNO 2010 (LOTTO n.020210)**

Campione	Volume campione (ml)	Contenuto urea (mg/100ml) (1)	SR (2)
n° 0	3	0*	/
n° 1	3	25,85	± 0,55
A	24	7,03	± 0,42
B	24	30,10	± 0,67
C	24	40,21	± 0,96
D	24	58,47	± 1,00

* Il valore dello standard 0 deve essere \leq a 30 mg/l (3 mg/dl) come riportato dalla norma ISO 14637:2004 (E) o IDF 195:2004(E) § 8.7

- 1) Contenuto in urea del singolo materiale di riferimento (campione)
- 2) Lo scarto tipo della riproducibilità (SR) è stato calcolato attraverso l'elaborazione statistica di tutti i risultati analitici relativi agli strumenti a pHmetria differenziale partecipanti allo specifico ring test del 02/02/10. Rappresenta l'incertezza dei singoli materiali di riferimento.

Rappresenta l'intervallo in cui lo strumento può considerarsi tarato.

UTILIZZARE I CAMPIONI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 01/08/2010

Maccarese, 19/02/2010

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Annunziata Fontana