

PROGRAMMA

Dati **A**nalisi **M**etodi **O**rganizzazione **C**onfronti **L**aboratori **E**sperti

RING TEST CELLULE SOMATICHE / SOMATIC CELLS

LATTE VACCINO CONGELATO / FROZEN COW MILK

APRILE / APRIL 2023

RTCCSC 190423

Associazione Italiana Allevatori – Laboratorio Standard Latte
Via dell'industria snc - 00054 Maccarese, Roma
Tel. 06 6678830 Fax. 06 6678811 e-mail isl@aia.it

INDICE/INDEX

Indice / Index.....	pag. 2
Norme e documenti di riferimento / Standards and reference documents	pag. 3
Guida all'interpretazione del Ring Test / Ring Test guidelines.....	pag. 4
Elenco laboratori / List of Participants.....	pag. 8
Risultati / Results.....	pag. 9
Diagramma di distribuzione di Kernel / Kernel distribution.....	pag.10
Grafici / Graphs.....	pag.11
Cellule Differenziali /Differential cells.....	pag. 14

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO / STANDARDS AND REFERENCE DOCUMENTS

Per l'organizzazione e l'elaborazione dei dati del RING TEST, il Laboratorio Standard Latte segue in modo conforme i requisiti previsti nei seguenti documenti o norme / Laboratorio Standard Latte - Associazione Italiana Allevatori - operates in organizing and processing proficiency test according and conforming to the:

- ✓ ISO 5725 – 2:2019 – Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – part 2;
- ✓ ISO 13528:2022 – Statistical methods for use in Proficiency Testing by laboratory comparison
- ✓ Pure Appl. Chem. Vol. 78, n°1 pp.145-196, 2006 (The International harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories);
- ✓ ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General Requirements for proficiency testing
- ✓ ISO Guide 17034:2016 – General requirements for the competence of reference material producer
- ✓ ISO/IEC 17025:2018: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- ✓ J. Dairy Sci. 99:6808-6827: A proficiency test system to improve performance of milk analysis methods and produce reference values for component calibration samples for infrared milk analysis.
- ✓ ISO GUIDE 35:2017 Reference materials – Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability.

Il Responsabile del Laboratorio / *The Lab manager*
(Dott.ssa Annunziata Fontana)

Handwritten signature of Annunziata Fontana in black ink.

GUIDA ALL'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Il presente Ring Test ha l'obiettivo di valutare le performance dei laboratori partecipanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043.

Il Laboratorio Standard Latte è accreditato come provider di prove valutative interlaboratorio (Proficiency Testing Provider, PTP) da Accredia, con codice PTP N°0023P.

Tutte le informazioni in possesso del Laboratorio Standard Latte sui partecipanti sono riservate e non saranno divulgate a nessuno se non esplicitamente concordato con il partecipante.

Questo Ring Test è stato effettuato su 7 lotti di latte vaccino congelato in provette da 25 ml. A ciascun campione è stato aggiunto il conservante Bronopol 0.2%

L'omogeneità e la stabilità sono state verificate, con esito positivo, in conformità alla norma ISO 13528 - Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, per ciascun lotto.

L'unimodalità della distribuzione dei risultati è stata verificata attraverso il diagramma di densità di Kernel. I dati hanno una distribuzione unimodale quando l'area del picco è uguale o maggiore al 95%. Se tale requisito non viene soddisfatto e la distribuzione risulta multimodale, l'incertezza di misura non viene calcolata e sono forniti i valori di media, scarto tipo e zscore a solo titolo informativo.

I laboratori sono identificati da un numero che è stato precedentemente comunicato per e-mail.

La valutazione della performance del laboratorio viene calcolata sulla media delle repliche.

I laboratori outliers sono stati valutati attraverso il test di Cochran ed il test di Grubbs.

RING TEST GUIDELINES

This Proficiency Test (Ring Test) aims to evaluate the performance of the participating laboratories in compliance with the UNI CEI EN ISO/IEC 17043 standard.

Laboratorio Standard Latte (LSL) is accredited as a proficiency testing provider (PTP) by Accredia, with code PTP N°0023P.

All information held by Laboratorio Standard Latte on the participants is confidential and will not be disclosed to anyone unless explicitly agreed with the participant.

This Ring Test was performed on 7 batches of raw frozen cow milk stored in a 25 ml vial. Bronopol 0.2% preservative was added to each sample.

Each batch was successfully verified for homogeneity and stability in accordance with ISO 13528 - Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons.

The unimodal distribution of the results was verified through the Kernel density diagram. The data has a unimodal distribution when the peak area is equal to or greater than 95%. If this requirement is not satisfied and the distribution is multimodal, the measurement uncertainty is not calculated and the mean, standard deviation and zscore values are provided for information only.

Participating laboratories are identified by a unique code which was previously communicated by e-mail.

The evaluation of the laboratory performance is calculated on the average of the replicates.

Outlier laboratories were evaluated by Cochran's and Grubbs' test.

Prima di procedere al calcolo degli outliers, quando necessario, si eliminano i dati del laboratorio che presentano una differenza dalla media di tutti i risultati pari a 3 volte lo scarto tipo per quel campione (pre-scrutinizzazione).

Tutti i risultati outliers sono evidenziati in neretto.

VALORE ASSEGNATO

Il valore assegnato è rappresentato dalla media dei risultati esclusi gli outliers.

Lo scarto tipo del Ring Test corrisponde alla deviazione standard dei risultati dei laboratori esclusi gli outliers.

Nel caso in cui $p < 12$ viene eseguita una statistica descrittiva e non può essere fornita la valutazione della performance del laboratorio partecipante.

Si calcola quindi solo:

- media come valore assegnato
- scarto tipo come deviazione standard dei risultati

VALUTAZIONE DEI LABORATORI: ZSCORE E DISTANZA EUCLIDIANA D

Lo zeta score (zs) di ciascun campione viene calcolato:

$$ZS = (X_i - X_{RTi}) / SRT_i$$

X_i = media del campione i_{esimo}

X_{RTi} = valore assegnato del campione i_{esimo}

SRT_i = scarto tipo del campione i_{esimo}

Lo zs deve essere utilizzato dal laboratorio partecipante per valutare la propria performance nel Ring Test effettuato:

Before proceeding with the calculation of outliers, when necessary, the laboratory data for a sample, are eliminated if the difference from the mean of all the results is equal to 3 times the standard deviation (pre-scrutinization).

All outliers are highlighted in bold.

ASSIGNED VALUE

The assigned value is represented by the average of the results excluding outliers.

The standard deviation of the Ring Test is the standard deviation of the laboratory results excluding outliers.

In case of the number of participants is less than 12 ($p < 12$) a descriptive statistic is performed and the evaluation of the performance of the participating laboratory cannot be provided.

In this case will be provided only:

- The mean as assigned value
- Standard deviation of the results

PERFORMANCE INDICATORS: Z-SCORE AND EUCLIDIAN DISTANCE D

The Z score (zs) of each sample is calculated:

$$ZS = (X_i - X_{RTi}) / SRT_i$$

X_i = mean value of the sample

X_{RTi} = assigned value of the sample

SRT_i = Standard deviation of the sample

The zs must be used by the participating laboratory to evaluate its performance in the Ring Test carried out:

$|zs| \leq 2$ Soddisfacente

$2 < |zs| < 3$ Dubbio

$|zs| \geq 3$ Insoddisfacente

$|zs| \leq 2$ Satisfying

$2 < |zs| < 3$ Doubt

$|zs| \geq 3$ Unsatisfactory

Nel report sono evidenziati in arancione i valori di zs dubbi, in rosso quelli insoddisfacenti.

On the report, doubtful zs values are highlighted in orange, unsatisfactory ones in red.

Il Laboratorio Standard latte fornisce lo zs fisso, qualora disponibile, calcolato con lo scarto tipo fisso risultato delle medie delle varianze degli scarti tipo dei Ring test precedenti fino al 2022.

Laboratorio Standard Latte, where possible, also provides the fixed zs value, calculated by the fixed standard deviation resulting from the averages of the variances of the standard deviations of the previous Ring tests up to 2022.

Lo zs fisso permette di monitorare l'andamento del laboratorio nel tempo ed individuare le linee di tendenza (carta di controllo). Non ha scopo valutativo per il presente RT.

Fixed zs value allows to participants laboratory to monitor their own performance over time (it has no evaluation purpose for the PT).

La distanza euclidiana D rappresenta la dispersione dei valori intorno al valore assegnato:

The Euclidian distance D indicates how much the analytical result differs from the assigned value. it is calculated as:

$$D = \sqrt{(mdiff^2 + stdiff^2)}$$

$$D = \sqrt{(mdiff^2 + stdiff^2)}$$

m diff = la media aritmetica delle singole differenze

mdiff: average of the differences from the assigned value

st diff= lo scarto tipo delle differenze

stdiff: standard deviation of the differences from the assigned value.

Il valore di D ottenuto può essere utilizzato per valutare come il proprio laboratorio si è classificato rispetto all'andamento generale del ring test.

The D value can be used to evaluate its own performance by comparison with the other participants.

Nel caso in cui il numero dei campioni sia inferiore a 3 non è calcolata la D.

If the number of samples is less than 3, the D is not calculated.

INCERTEZZA DI MISURA

MEASUREMENT UNCERTAINTY

L'incertezza di misura $u(x)$ per campione viene calcolata secondo la formula:

The measurement uncertainty $u(x)$ per sample is calculated according to the following formula:

$$u(x) = s_{RT} / \sqrt{p}$$

$$u(x) = s_{RT} / \sqrt{p}$$

s_{RT} = scarto tipo del Ring Test

s_{RT} = Ring Test standard deviation

p = numero di osservazioni valide

p = number of useful observations

L'incertezza di misura viene pubblicata sul report finale solo se supera il criterio di accettabilità $u(x) < 0,3 \cdot s_{RT}$.

The measurement uncertainty is published in the final report only if it exceeds the acceptability criterion $u(x) < 0.3 \cdot s_{RT}$.

Nel caso in cui il criterio di accettabilità non sia rispettato il valore assegnato non è affidabile e non può essere fornita una valutazione dei laboratori per il parametro interessato. In tal caso viene fornito il valore della media, della deviazione standard e dello z score solo a titolo informativo.

If the acceptability criterion is not respected, the assigned value is not reliable and an evaluation of the laboratories for the parameter concerned cannot be provided. In this case, the mean, the standard deviation and the z score value is provided for information only.

Nel caso in cui la distribuzione dei risultati non sia unimodale oppure $p < 12$, l'incertezza di misura non può essere valutata.

In case the distribution of the results is not unimodal or $p < 12$, the measurement uncertainty cannot be evaluated.

ELENCO DEI LABORATORI PARTECIPANTI / LIST OF PARTICIPANTS

ASSOLAC
ARA EMILIA ROMAGNA
ARA BASILICATA
AIA-BENEVENTO C/O CONSDABI
ARA PIEMONTE
ARA LOMBARDIA


Laboratori partecipanti / <i>Number of participating laboratories</i>	6
Invio dei campioni / <i>Shipping date of the samples</i>	19/04/2023
Data indicata per l'invio dei risultati / <i>Dates to send the results</i>	28/04/2023
% dei risultati ricevuti nei limiti indicati / <i>% of results arrived on time</i>	92%
Ultimi risultati ricevuti / <i>Last results received on</i>	04/05/2023
Data emissione elaborato del Ring Test / <i>Dates for the publication of the report</i>	09/05/2023
Giorni impiegati tra l'invio dei campioni e l'elaborazione / <i>Amount of days per elaboration</i>	20
Coordinatore / <i>Coordinator</i>	Angelica Di Giovenale
Responsabile emissione / <i>Manager</i>	Annunziata Fontana

RING TEST APRILE/APRIL 2023
CELLULE SOMATICHE / SOMATIC CELLS (x1000/ml)
LATTE VACCINO CONGELATO/FROZEN COW MILK
RISULTATI / RESULTS


	1	ZS1	Outlier	2	ZS2	Outlier	3	ZS3	Outlier	4	ZS4	Outlier	5	ZS5	Outlier	6	ZS6	Outlier	7	ZS7	Outlier	
1	941	0,53		--			734	-1,35		1110	-0,77		527	-0,89		171	-1,10		1151	0,16		
2	894	-0,45		384	1,25		771	0,39		1128	-0,32		555	0,32		181	0,12		1195	1,08		
3	928	0,26		384	1,28		780	0,79		1170	0,77		552	0,19		177	-0,39		1185	0,87		
4	919	0,07		370	0,47		787	1,13		1138	-0,05		565	0,73		184	0,58		1201	1,21		
5	846	-1,48		354	-0,48		762	-0,05		1095	-1,15		548	0,02		194	1,87		1145	0,02		
6	829	-1,83		332	-1,75		723	-1,86		1066	-1,89		500	-2,06		182	0,25		1020	-2,62		
7	1015	2,11		390	1,62		791	1,32		1202	1,58		576	1,21		179	-0,13		1155	0,24		
8	944	0,60		348	-0,83		786	1,09		1174	0,86		552	0,19		181	0,19		1122	-0,46		
9	927	0,24		347	-0,88		772	0,44		1197	1,44		591	1,88		183	0,45		1103	-0,86		
10	932	0,34		358	-0,22		765	0,11		1128	-0,32		552	0,17		179	-0,07		1181	0,79		
11	946	0,64		364	0,10		752	-0,51		1142	0,04		541	-0,31		164	-2,01		1145	0,03		
12	893	-0,48		357	-0,31		752	-0,49		1154	0,35		536	-0,52		189	1,22		1130	-0,30		
13	891	-0,53		358	-0,25		741	-1,02		1119	-0,55		526	-0,93		172	-0,97		1136	-0,16		
campioni	1			2			3			4			5			6			7			
valore assegnato/ assigned value	915			362			763			1140			548			180			1144			
sRT	47,1			17,36			21,56			39,2			23,11			7,74			47,3			
p	13			12			13			13			13			13			13			
u	13,06			5,01			5,98			10,9			6,41			2,15			13,1			
sR	48,17			18,73			24,25			40,40			24,30			9,01			48,20			
sr	14,33			9,96			15,69			13,80			10,64			6,50			13,20			
R	134,88			52,46			67,90			113,10			68,05			25,21			135,00			
r	40,12			27,88			43,94			38,80			29,78			18,21			37,10			
sR relativa % / relative sR %	5%			5%			3%			4%			4%			5%			4%			
sr relativa % / relative sr %	2%			3%			2%			1%			2%			4%			1%			
% zs soddisfacenti / % zs satisfying	92%			100%			100%			100%			92%			92%			92%			
% zs dubbi / % zs doubt	8%			0%			0%			0%			8%			8%			8%			
% zs insoddisfacenti / % zs unsatisfactory	0%			0%			0%			0%			0%			0%			0%			
n°laboratori che hanno riportato il risultato	13			12			13			13			13			13			13			
n° of laboratories																						
Legenda / Legend:																						
sRT	scarto tipo del Ring Test/ standard deviation of the Ring Test																					
p:	numero delle osservazioni valide considerate nell'elaborazione statistica / number of useful observations																					
u:	incertezza di misura / measurement uncertainty																					
sR	scarto tipo di Riproducibilità / Reproducibility standard deviation																					
sr:	scarto tipo di ripetibilità / repeatability standard deviation																					
R	riproducibilità / Reproducibility																					
r:	ripetibilità / repeatability																					
sR relativa %:	scarto tipo di riproducibilità relativo / relative reproducibility standard deviation																					
sr relativa %:	scarto tipo di ripetibilità relativo / relative repeatability standard deviation																					
--	dato mancante / missing value																					
Z SCORE 2< zs < 3																						
Z SCORE ZS ≥3																						
prescr	dato eliminato con la prescrutinizzazione / pre-scrutinized value																					
MEDIA PROGRESSIVA DAL 2011/ PROGRESSIVE MEAN SINCE 2011	r	R	Sr	SR																		
	37,07	100,68	13,24	35,96																		

RING TEST APRILE/APRIL 2023
CELLULE SOMATICHE / SOMATIC CELLS (x1000/ml)
LATTE VACCINO CONGELATO/FROZEN COW MILK
DIAGRAMMA DI DENSITA' DI KERNEL / KERNEL DENSITY DIAGRAM


CAMPIONE 1




CAMPIONE 2




CAMPIONE 3




CAMPIONE 4




CAMPIONE 5



CAMPIONE 6



CAMPIONE 7




RING TEST APRILE/APRIL 2023

CELLULE SOMATICHE / SOMATIC CELLS (x1000/ml)

LATTE VACCINO CONGELATO/FROZEN COW MILK

ZSCORE



PROLab Plus

RING TEST APRILE/APRIL 2023

CELLULE SOMATICHE / SOMATIC CELLS (x1000/ml)

LATTE VACCINO CONGELATO/FROZEN COW MILK

COD	DIFFERENZA DAL VALORE ASSEGNATO / DIFFERENCE FROM THE ASSIGNED VALUE						
	1	2	3	4	5	6	7
1	25	--	-29	-30	-21	-9	7
2	-21	22	8	-13	7	1	51
3	12	22	17	30	4	-3	41
4	3	8	24	-2	17	4	57
5	-70	-8	-1	-45	0	14	1
6	-86	-30	-40	-74	-48	2	-124
7	99	28	28	62	28	-1	11
8	28	-14	23	34	4	1	-22
9	11	-15	9	57	43	3	-41
10	16	-4	2	-13	4	-1	37
11	30	2	-11	2	-7	-16	1
12	-22	-5	-11	14	-12	9	-14
13	-25	-4	-22	-22	-22	-8	-8

m diff	st diff	D
--	--	--
7,9	23,6	24,9
17,7	15,1	23,3
16,1	20,3	25,9
-15,5	30,3	34,0
-57,2	41,2	70,4
36,6	33,7	49,7
7,8	21,3	22,7
9,7	33,0	34,4
6,1	16,2	17,4
0,1	14,9	14,9
-5,9	13,0	14,3
-15,7	8,7	17,9

ORD	COD	D	%
1	12	14,3	8%
2	11	14,9	17%
3	10	17,4	25%
4	13	17,9	33%
5	8	22,7	42%
6	3	23,3	50%
7	2	24,9	58%
8	4	25,9	67%
9	5	34,0	75%
10	9	34,4	83%
11	7	49,7	92%
12	6	70,4	100%
13	1	--	--


ORD = ordinamento / ranking

D = distanza euclidiana dall'origine degli assi / Euclidian distance

m diff = m lab - valore assegnato / (mlab- assigned value)


st diff = scarto tipo delle differenze / (standard deviation of the differences)

RING TEST CELLULE SOMATICHE/SOMATIC CELLS APRILE/APRIL 2023
CELLULE SOMATICHE/SOMATIC CELLS x1000/ml
LATTE VACCINO CONGELATO/FROZEN COW MILK



DIFFERENZA DAL VALORE ASSEGNATO / DIFFERENCE FROM ASSIGNED VAUE
[LIMITI DEL TARGET/ TARGET VALUES: R=+/-47; SR=33]
LIMITI STABILITI DALLA MEDIA PROGRESSIVA AGGIORNATA A DICEMBRE 2022
TARGET VALUES DEFINED BY PROGRESSIVE MEAN TO DECEMBER 2022

ANDAMENTO DELLA RIPETIBILITA' E DELLA RIPRODUCIBILITA'/
Repeatability and reproducibility rate over the time
RING TEST CELLULE SOMATICHE/Somatic Cells
LATTE CONGELATO / Frozen Milk
2017-2023



RING TEST APRILE/APRIL 2023
% CELLULE DIFFERENZIALI/DIFFERENTIAL CELLS
LATTE VACCINO CONGELATO/FROZEN COW MILK

RISULTATI GENERALI/GENERAL RESULTS							
	1	2	3	4	5	6	7
VAL ASS.(MEDIA)	84,7	81,0	87,6	86,7	87,1	81,1	84,1
ST	3,1	4,2	2,1	2,7	2,3	1,8	2,2
p	7	6	7	7	7	7	7

RISULTATI DEI LABORATORI PARTECIPANTI/ RESULTS OF LABS														
COD	1		2		3		4		5		6		7	
1	83,2	82,7	--	--	84,6	84,4	84,5	85,1	85,3	84,6	82,1	80,3	81,6	83,9
2	84,2	84,1	80,2	82,7	87,0	87,1	85,0	85,1	86,4	86,1	81,3	76,4	82,5	83,3
3	79,7	79,7	75,1	77,2	84,6	85,7	82,4	82,4	85,0	85,1	78,9	80,3	79,8	80,7
7	84,2	82,8	82,9	82,1	89,0	87,8	87,2	86,3	87,9	87,5	82,4	79,9	84,8	85,0
8	86,5	85,7	76,0	75,3	88,5	89,0	88,9	89,9	89,3	90,4	80,6	80,3	85,3	85,5
11	87,2	87,6	85,7	84,6	89,7	89,0	88,7	88,6	89,9	88,9	83,6	85,2	85,8	85,6
13	89,2	89,1	85,1	85,2	89,9	90,0	89,9	89,3	88,7	90,1	83,1	81,6	87,1	86,1

MEDIA DEI CAMPIONI/ MEAN VALUE OF THE SAMPLES							
COD	1	2	3	4	5	6	7
1	83,0	--	84,5	84,8	85,2	81,2	82,8
2	84,2	81,5	87,1	85,1	85,8	78,9	82,9
3	79,7	76,2	85,2	82,4	83,7	79,6	80,3
7	83,5	82,5	88,4	86,8	87,1	81,2	84,9
8	86,1	75,7	88,8	89,4	89,6	80,5	85,4
11	87,4	85,2	89,4	88,7	89,3	84,4	85,7
13	89,2	85,2	90,0	89,6	89,0	82,4	86,6

-- DATO MANCANTE

DIFFERENZA DAL VALORE ASSEGNATO / DIFFERENCE FROM THE ASSIGNED VALUE							
COD	1	2	3	4	5	6	7
1	-1,76	--	-3,09	-1,86	-1,89	0,06	-1,32
2	-0,56	0,44	-0,54	-1,61	-1,34	-2,29	-1,17
3	-5,01	-4,86	-2,44	-4,26	-3,39	-1,54	-3,82
7	-1,21	1,49	0,81	0,09	0,01	0,01	0,83
8	1,39	-5,36	1,16	2,74	2,51	-0,69	1,33
11	2,69	4,14	1,76	1,99	2,16	3,26	1,63
13	4,44	4,14	2,36	2,94	1,91	1,21	2,53

RING TEST APRILE/APRIL 2023
% CELLULE DIFFERENZIALI/DIFFERENTIAL CELLS
LATTE VACCINO CONGELATO/FROZEN COW MILK

