



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE
VIA DELL'INDUSTRIA 24 – 00057 MACCARESE (ROMA)
TEL. 06/6678830 FAX. 06/6678811 E MAIL: LSL@AIA.IT

ALLA C.A. DEL RESPONSABILE DI LABORATORIO

CONTENUTI IN GRASSO, PROTEINE E LATTOSIO DEI SEI MATERIALI DI RIFERIMENTO - CAMPIONI DI LATTE OVINO - INVIATI IL 13/01/2004

I VALORI DI GRASSO, PROTEINE E LATTOSIO SONO ESPRESSI IN g/100g.

I VALORI DI UREA SONO ESPRESSI IN mg/100 ml E SONO DETERMINATI CON STRUMENTO A pH-METRIA DIFFERENZIALE

L'OMOGENEITA' DEL LOTTO E' STATA VERIFICATA ATTRAVERSO LA DETERMINAZIONE DEL GRASSO (METODO IR) IN 18 CAMPIONI, PARI A CIRCA IL 8 % DEI CAMPIONI PRODOTTI. LA DEVIAZIONE STANDARD DELLE DIFFERENZE DEI RISULTATI ANALITICI E' STATA PARI A $\pm 0,011$.

I CONTENUTI DI CASEINA, RIPORTATI A TITOLO SPERIMENTALE, SONO OTTENUTI DALLE SOLE ANALISI DEL LABORATORIO STANDARD LATTE. IL METODO DI RIFERIMENTO UTILIZZATO E' LA NORMA ISO/DIS 17997-1 / IDF 29-1.

N.	GRASSO	PROTEINE	LATTOSIO	UREA	CASEINE
1	5,10	5,14	4,56	34,85	3,99
2	8,06	6,21	4,67	35,05	4,89
3	7,90	5,96	4,76	34,80	4,65
4	7,90	4,58	4,46	30,70	3,51
5	5,87	5,68	4,89	37,05	4,38
6	6,79	5,02	4,38	32,85	3,86

Maccarese, 15/01/2004

Il Responsabile del Laboratorio
(Dr. Ugo Paggi)